

Items	Descripción del Producto	Suplicadora Hidamar, SRL		Bronfillo, SRL		GTG Industrial, SRL		Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL		Zhoet Soluciones Generales, SRL	
		Evaluación 6	Comentarios	Evaluación 7	Comentarios	Evaluación 8	Comentarios	Evaluación 6	Comentarios	Evaluación 11	Comentarios
1	Mascarillas KN95 Blanca	No cumple	Tirantes poco resistentes, capa desprenden peluzas	Cumple	Capas no desprenden peluzas, tiros resistentes, tamaño adecuado	Cumple	Capas no desprenden peluzas, tiros resistentes, tamaño adecuado	No Cumple	Clip de ajuste nasal externo, tirantes poco resistentes	No cumple	No presentó oferta
2	Mascarillas KN95 Negra	No cumple	Tirantes poco resistentes, capa desprenden peluzas	Cumple	Capas no desprenden peluzas, tiros resistentes, tamaño adecuado	No cumple	No presentó muestra	No cumple	No presentó oferta	No cumple	No presentó oferta
3	Quirúrgica	No cumple	Tirantes poco resistentes	Cumple	Tirantes, resistentes, tiene 3 capas	No cumple	Tirantes Muy grande	No cumple	Tirantes poco resistentes	No cumple	Tirantes poco resistentes
4	Gel Antibacterial con dispen	No cumple	Tarda mucho tiempo en seca, es pegajoso, documento enviado es permiso sanitario del proveedor emitido por el Ministerio de Salud, no el registro sanitario del producto	Cumple	Tiene registro sanitario y dispensador	Cumple	Tiene registro sanitario y dispensador	No cumple	No presentó oferta	No cumple	Olor fuerte a alcohol, deja las manos pegajosas. No se encontró registro sanitario en la página del Ministerio de Salud Pública

ASD

SNCC.F.057



INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE MUESTRAS  
DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL

No. EXPEDIENTE

SUPBANCO-DAF-CM-2021-0071

15/10/2021

		Caribbean Integrated Solutions,SRL	PMED, Productos Médicos Dominicanos, SRL	Productos Medicinales, SRL	Puntual Soluciones KSP,SRL	Zec Zolo Enfoke Creativo					
Items	Descripción del Producto	Evaluación 1	Comentarios	Evaluación 2	Comentarios	Evaluación 3	Comentarios	Evaluación 4	Comentarios	Evaluación 5	Comentarios
1	Mascarillas KN95 Blanca	No cumple	Tirantes poco resistentes, capa desprenden peluzas	Cumple	Capas no desprenden pelusas, tamaño adecuado, tirantes cómodos	Cumple	Capas no desprenden pelusas, tamaño adecuado, tirantes cómodos	No cumple	No presentó oferta	No cumple	Tirantes poco resistentes, capa desprenden pelusas
2	Mascarillas KN95 Negra	No cumple	Tirantes poco resistentes, capas desprenden peluzas	No cumple	No presentó oferta	No cumple	No presentó oferta	No cumple	No presentó oferta	No cumple	Capas desprenden pelusas
3	Quirúrgica	No cumple	Tirantes poco resistentes.	No cumple	Tirantes poco resistentes.	Cumple	Tiene las 3 capas (resistentes)	No cumple	No presentó oferta	No cumple	Muy grande, deja espacio abierto a nivel de mentón
4	Gel Antibacterial con dispensador	No cumple	No presentó oferta	No cumple	No presentó oferta	No cumple	No presentó oferta	No cumple	El frasco del gel no tiene dispensador	Cumple	Tiene registro sanitario frasco con dispensador

20

R&P Provisuluciones, SRL		
Descripción del Producto	Evaluación 9	Comentarios
Mascarillas KN95 Blanca	No cumple	Tirantes muy cortos, molestan detrás de la oreja
Mascarillas KN95 Negra	Cumple	Capas no desprenden peluzas, tiros resistentes, tamaño adecuado
Quirúrgica	No cumple	Tirantes poco resistentes
Gel Antibacterial con dispensador 1	No cumple	Gel Hand Sanitizer contiene 80% de alcohol y no tiene dispensador. Gel
Gel Antibacterial con dispensador 2	Cumple	Manitas Limpias Tiene registro sanitario y dispensador

  
(Nombre y Firma)

Perito Especialista

  
(Nombre y Firma)

Perito Especialista